

仕 様 書

この仕様書は、超音波診断装置（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
超音波診断装置 Aplio a/Verifia				1 式
内 訳	超音波診断装置本体	CUS-AA000/J5	Canon	1 式
	液晶モニタ（23 インチ）			1 式
	キーボード			1 式
	STC			1 式
	DICOM キット			1 式
	USB 通信 Dongle			1 式
	CW キット	UICW-AA000A		1 式
	Reference Signal キット	UJUR-AA000A		1 式
	Probe 4port キット	USPS-AA000A		1 式
	プローブホルダ キット	UZPH-AA000A		1 式
	ECG 電極リード線	BR-903FT		1 式
	ファストクリップ（はさみ電極）	NC-144ET		1 式
	パームコントローラー キット	UZPT-001A		1 式
	Wireless LAN キット	UIWL-A500A		1 式
	Battery ユニット	UEBT-AA550A		1 式
	SMI キット	USMI-AI600A		1 式
	高周波セクタプローブ	PST-50BT		1 式
	コンベックスプローブ	PVT-475BT		1 式
	高周波コンベックスプローブ	PVT-574BT		1 式
	高周波リニアプローブ	PLT-1204BT		1 式
ゼリーウォーマ	UZGW-008A	1 式		
バーコードリーダー	HR-30UB	1 式		
又は				
超音波診断装置 ARIETTA650				
内 訳	超音波診断装置本体	ARIETTA650 DeepInsight	富士フィルム ヘルスケア	1 式
	ゼリーウォーマー			1 式
	白黒プリンタ	SSZ-X311		1 式
	白黒プリンタ接続キット	PM-AR65-H001		1 式
	生体ユニット	PEU-ARIETTA65		1 式

CW サーボユニット	EU-9198	1 式
DICOM ネットワーク通信機能ソフト	SOP-ARIETTA650-10	1 式
Detective Flow Imaging ソフト	SOP-ARIETTA650-105	1 式
FAM ソフト	SOP-ARIETTA650-5	1 式
Dynamic Slow-motion Display ソフト	SOP-ARIETTA650-57	1 式
バッテリーユニット	EU-9199	1 式
被検者情報自動入力ソフト	SOP-ARIETTA650-6	1 式
バーコードリーダー	SSHC65VU	1 式
コンベックスプローブ	C252	1 式
コンベックスプローブ	C35	1 式
リニアプローブ	L442	1 式
セクタプローブ	S11	1 式
セクタプローブ	S31	1 式

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 当院既設のシステムに接続すること、またこれに伴う経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和6年3月29日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立北部医療センター安佐市民病院 1階 小児科 【担当：臨床検査 増原】
 （広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号）（電話番号：082-815-5211（代表）【内線 4043】）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。