

仕 様 書

この仕様書は、外科用内視鏡システム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品名	規格（型番）	メーカー名	数量	
外科用内視鏡システム VISERA ELITE III		オリンパスマーケティング	1式	
内 訳	VISERA ELITEIIIビデオシステム センター	OTV-S700	オリンパスマーケティング	1
	VISERA ELITEIII高輝度光源装置	CLL-S700	オリンパスマーケティング	1
	4Kカメラヘッド	CH-S700-XZ-EA	オリンパスマーケティング	3
	赤外対応高解像硬性腹腔・胸腔鏡 30° Φ10mm	WAIR130A	オリンパスマーケティング	2
	高解像硬性腹腔・胸腔鏡 45° Φ 10mm	WA4KL145	オリンパスマーケティング	2
	高解像硬性腹腔・胸腔鏡 30° Φ 5.4mm	WA4KL530	オリンパスマーケティング	1
	LCDモニター	LMD-XH320ST	オリンパスマーケティング	2
	【モニタースタンド】バルーンアーム式	MS-BA1600-26A	オリンパスマーケティング	1
	ハンドル	HD-1600	オリンパスマーケティング	1
	3Dアイシールドキット	CFV-E30SK	オリンパスマーケティング	8
	2Dアイシールドキット	CFV-E20SK	オリンパスマーケティング	2
	ハイビジョン画像記録装置	IMH-200	オリンパスマーケティング	1
	高速気腹装置	UHI-4	オリンパスマーケティング	1
	モバイルワークステーション	WM-NP3セット2	オリンパスマーケティング	1
	LCDアーム 6.5-12kg	MAJ-2216	オリンパスマーケティング	1
	ダブルCO2ボンベホルダー	MAJ-1653	オリンパスマーケティング	1
	サイドハンドル	MAJ-2211	オリンパスマーケティング	1
	OTV-S700 アップグレードパック 3D	MAJ-2511	オリンパスマーケティング	1
	OTV-S700 アップグレードパック IR	MAJ-2512	オリンパスマーケティング	1
	12G-SDI ケーブル 2.9M	MAJ-2428	オリンパスマーケティング	2
	12G-SDI ケーブル 8.5M	MAJ-2429	オリンパスマーケティング	2
	4K映像ケーブル (3.0m)	MAJ-2253	オリンパスマーケティング	1
	VTR リモートコントロールケーブル	MAJ-438	オリンパスマーケティング	2
	3G-SDI ケーブル (3.0M)	MAJ-2015	オリンパスマーケティング	2
超音波バイポーラ手術装置	USG-410	オリンパスマーケティング	1	
高周波手術装置	ESG-410	オリンパスマーケティング	1	
エナジーカート	TC-E410	オリンパスマーケティング	1	

	ワイヤレスフットスイッチ	WA91302W	オリンパスマーケティング	1
	シングルペダルフットスイッチ	WA91303W	オリンパスマーケティング	1
	ダブルペダルフットスイッチ	WA91301W	オリンパスマーケティング	1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、既存入力端末移設、調整等に係る経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和6年5月31日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 中央手術室（担当：白川）
（広島市中区基町7番33号）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。