

質 疑 応 答 書

番 号	技術仕様書頁 等	質 問	回 答
3-6	1	「患者テーブルの高さは患者の安全を考慮して、床上 52cm 以下まで下げられること。最低高が 60cm 以上の場合は安全に乗り降りできるための足台を用意すること。」となっておりますが、弊社提案装置は床上 56cm です。「最低高が 56cm 以上の場合も足台を用意する事」の対応で仕様を満たす事が可能でしょうか。	仕様を満たす事は可能です。

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。