

# 仕 様 書

この仕様書は、脳波計（以下の「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）メーカー名、数量等

品 名	規 格	メーカー	数量
脳波計 EEG-1200シリーズ Neurofax Next	EEG-1260 内訳は別紙のとおり	日本光電工業(株)	1 式

### 特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整及び周辺機器の接続等に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

## 2 一般的条項

- ① 新品、未使用のものを納品すること。
- ② 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないように十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ③ 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者の費用負担により責任を持って適切に行うこと。
- ④ 受注者は、機器の搬入・設置時に発生する梱包資材及び包装紙等のごみを持ち帰ること。
- ⑤ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類を提出すること。  
ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書  
イ 機器に付属する消耗品及び予備品の一覧表

## 3 納入期限

令和7年2月28日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立リハビリテーション病院 検査科【担当：八尾】  
安佐南区伴南一丁目39番1号（電話 848-8001）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、規格・仕様等が明確に確認しているものを用意しておくこと。確認できない場合は、検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

## メーカー：日本光電工業

品名	型番	数量
脳波計	EEG-1260	1
コントロールユニット	GG-126A	1
脳波アンプユニット	JE-940A	1
液晶ディスプレイユニット	VL-121A	1
LCDポール	KH-121A	1
電極接続箱・入力箱スタンド	KC-001A	1
操作パネル	PE-120A	1
アダプタ	DI-120A	1
ミニ電極接続箱	JE-944A	1
バッテリーユニット	SB-940A	1
架台	KD-029A	1
マルチタップ	SD-120A	1
光刺激装置	LS-940A	1
スピーカユニット	ES-940A	1
視覚刺激アダプタ	YL-940A	1
LAN変換アダプタ	QI-940A	1
デジタルビデオソフトウェア	QP-110AK	1
ニューロチェッカー	AX-510B	1
AX510B-JE940A接続ケーブル	JW-510A	1
マイクセット	ZD-110A	1
スピーカセット	ZD-120A	1
過呼吸ユニット	ZE-120A	1
ハードディスクドライブユニット	QM-101A	1
カラーカメラセット4	LC-362B	1
アイソレーションユニット	SM-120A	1
EEG設置調整費	#INST-EEG	1
カメラシステム調整及び資材		1