

仕 様 書

この仕様書は、生体情報モニタ（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

メーカー名	品名	形式（型番）	数量
フィリップス・ジャパン	生体情報モニタ	別紙のとおり	1式

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないように十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和7年11月28日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院（広島市中区基町7番33号）中央棟3階 中央手術室（担当：瀬良）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。
確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

【生体情報モニタ「IntelliVue MX750」 1式 内訳】

メーカー：フィリップス・ジャパン

品名		形式（型番）	数量
IntelliVue MX750 生体情報モニタ		866471	1
内訳	本体（8chモデル）19インチワイド液晶 タッチスクリーン	—	—
	重症領域用ソフトウェア	—	—
	RS232/MIB インターフェース	—	—
	外部ディスプレイ	—	—
	マニュアルセット	—	—
FMX 4スロット モジュールサーバ		866468	2
内訳	MMS マウント	—	—
IntelliVue 接続ケーブル		M8022A	1
内訳	MSL ケーブル 0.75m	—	1
	MSL ケーブル 4m	—	1
IntelliVue X3 MMS (心電図/呼吸、非観血血圧、SpO2)		867030	1
内訳	本体 4chモデル 6.1インチワイド液晶 スクリーン	—	—
	ネルコア OxiMax アルゴリズムモデル	—	—
	Critical Care Transport ソフトウェア	—	—
	標準 12 誘導機能	—	—
	デュアル観血血圧、体温 1ch 測定機能	—	—
	キャリーハンドル	—	—
	デュアル観血血圧アダプタ	—	—
	マニュアルセット	—	—

品名		形式 (型番)	数量
へモダイナミック拡張モジュール		867039	1
内訳	デュアル観血血圧、体温 1ch	—	—
G7m 麻酔ガスモジュール		866173	1
IntelliVue BIS モジュール		M1034B	3
内訳	BIS デバイス (パワータップ)	—	—
IntelliBridge EC10 外部機器接続モジュール		865115	3
内訳	RS232/LAN 接続モデル	—	3
	Edwards 心機能モニタ EV1000/ EV1000NI 用ドライバ	—	1
	Edwards 心機能モニタ HemoSphere 用 ドライバ	—	2
IntelliBridge EC5 ID モジュール		865114	1
内訳	Edwards 心機能モニタ EV1000/EV1000NI 用 (SW Version1.10 のみ)	—	1
	Edwards 心機能モニタ HemoSphere 用	—	2
	ID モジュール接続ケーブル 10m	—	3
生体情報モニタ マウント金具		—	1
ORSYS 改修作業		—	1
ORSYS マウント金具		—	1