

仕 様 書

この仕様書は、超音波診断装置（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名	規格（型番）	メーカー名	数量
超音波診断装置 Aplio i700 / Prism Edition CV	内訳は別紙のとおり	キャノンメディカルシステムズ	1 式

特記事項

1. 納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 納入時に既存品を指定の場所に移動させること。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和 8 年 3 月 3 1 日（火）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立リハビリテーション病院 検査科 【担当：山崎】
（広島市安佐南区伴南一丁目 3 9 番 1 号）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

契約不適合期間は、本機器検査受領後 1 か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

品 名	規格 (品番)	数量
超音波診断装置 Aplio i700 / Prism Edition CV		
1. 超音波診断装置	TUS-AI700/9C	1 式
1-1 超音波診断装置 本体		1 台
1-2 液晶モニタ (23 インチ)		1 台
1-3 Cardiac Luminance キット		1 式
1-4 3DTEE キット (512VX 用)		1 式
1-5 CW キット		1 式
1-6 Reference Signal キット		1 式
1-7 DICOM キット		1 式
1-8 USB 通信ケーブル		1 式
2. STC キット	UIST-AI901A	1 式
3. キーボード キット	UIKB-AI900A	1 式
4. ECG 電極リード線	BR-903FT	1 式
5. ファストクリップ (はさみ電極)	NC-144ET	1 式
6. パームコントローラー キット	UZPT-002A	1 式
7. Contrast Enhancement キット	USCT-AI900A	1 式
8. 2D Wall Motion Tracking キット	USWT-AI900A	1 式
9. 2D Wall Motion Tracking Advance キット	USWT-AI906A	1 式
10. Quick Strain キット	USWT-AI907A	1 式
11. セクタプローブ	PSI-30BX	1 式
12. コンベックスプローブ	PVI-475BX	1 式
13. 高周波リニアプローブ	PLI-605BX	1 式
14. 高周波リニアプローブ	PLI-1205BX	1 式
15. セリーウォーマ	UZGW-008A	1 式
16. ハートレートリーダー	HR-30UB	1 式
17. デジタル白黒プリンタ (AC/有線)	UP-D898MD	1 式
18. ペーパーシート	SONO PPR L700	1 式
19. 周辺機器搭載 キット	UZRI-AI900A	1 式
20. ソノゼリー	S-JELLY350M12	1 式
21. GE 社 PACS 接続作業		1 式
22. 富士通社 接続作業		1 式