

質問回答書

番号	仕様書頁等	質問	回答
1	1項 現管球	<p>現管球に不具合等がないか、詳しくお教え頂けますでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none">・現在管球でアーチファクトが発生しているか。 <p>・イメージオリティに問題はないか。</p> <p>上記の有無をお教え頂き、ある場合はメーカーサービスレポートを開示頂けますでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none">・現管球においては、アーチファクトが9月及び10月において、月平均にして4回発生しております。・当院では診察において当該機器で撮影した画像を使用しております。 <p>メーカーサービスレポートは、メーカーの機密情報が含まれている場合があるため、開示できません。</p>

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。